

韶关机场医疗设备物资采购项目

采购文件

采购人：广东省机场管理集团韶关丹霞机场有限公司

2021 年 8 月

总 目 录

第一部分	邀请函
第二部分	报价人须知
第三部分	合同条款
第四部分	项目报价文件格式
第五部分	用户需求书

第一部分

邀 请 函

第一部分 邀请函

广东省机场管理集团韶关丹霞机场有限公司（以下简称“采购人”）就医疗设备物资采购项目进行国内公开招标，现邀请合格的供应商提交密封报价方案及文件。

1、项目概况：

- 1) 项目名称：韶关机场医疗设备物资采购项目。
- 2) 项目地点：韶关丹霞机场。
- 3) 项目内容：医疗设备物资采购及售后服务。
- 4) 资金来源：企业自筹资金。

2、采购内容：

1) 采购内容及限价

序号	服务内容	数量	采购最高限价
1	韶关机场医疗设备物资采购	1 项	人民币：32 万元

注：报价人必须对全部项目内容进行报价，报价包含所有维修、保养、零配件安装、调试、运行及售后服务、税费等费用。

3、合格供应商资格条件：

- 1) 供应商必须为具备本项目履约能力的在中华人民共和国境内注册的独立的企业法人，同时持有工商行政管理部门核发的营业执照，并提供营业执照的复印件（加盖公章）。
- 2) 供应商须具有《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》，并提供相应许可证的复印件（加盖公章）。
- 3) 供应商需在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台(wz.gdairport.com)主页中“合作商注册”模块，按规定格式填写正确的供应商登记信息，登记为合格的候选供应商（已注册的除外），并提供供应商登陆系统打印的合作商登记表并加盖公章。
- 4) 2017 年 1 月 1 日至今，供应商没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；同时，2017 年 1 月 1 日年至今供应商（包括其关联公司）与采购人无发生各种诉讼、仲裁和不良投诉（须就此项内容提供承诺函并加盖供应商公章，格式见附录 3）；
- 5) 供应商不存在被广东省机场管理集团有限公司认定为发生不良行为合作商，且仍在处置期内的情形（须就此项内容提供承诺函，格式见附录 3）；
- 6) 供应商不得被列为严重违法失信企业名单（黑名单），以“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）查询为准，供应商需在采购公告发布后从“国家企业信用信

- 息公示系统”网站截图并加盖公章（截图格式见附录 6）；
- 7) 供应商不得被列为“黑名单”，以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询为准，供应商需在采购公告发布后按采购文件给定的格式要求从“信用中国”网站截图并加盖公章（未按格式要求截图或截图信息不清晰将作废标处理），同时下载信用评估报告、打印并加盖公章后附在报价文件中（截图格式见附录 7）；
- 8) 供应商不得被列入中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）的全国法院失信被执行人名单，供应商需在采购公告发布后从“中国执行信息公开网”网站截图并加盖公章（截图格式见附录 8）；
- 8) 不同的供应商之间有下列情形之一的，不接受作为参与本项目竞争的供应商：
- （1）彼此存在投资与被投资关系的；
- （2）彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的；
- （3）法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。
- 9) 本项目不接受联合体报价。
- 10) 已登记为本项目供应商。

4、报价文件的提交形式、地址和截止时间

- 1) 供应商须以现场递交的方式递交项目报价文件。
- 2) 报价文件现场递交地址为：广东省韶关市乳源瑶族自治县桂头镇机场路 1 号楼韶关丹霞机场综合业务楼 314 办公室，收件人：沈工。
- 3) 报价文件递交开始及截止时间：2021 年 8 月 25 日至 2021 年 9 月 1 日（节假日除外）的上午 9：00～12：00，下午 14：00～17：00（北京时间）
- 4) 报价文件按指定时间、地点送达，逾期递交的报价文件恕不接受。
- 5) 采购人不接受以邮寄、邮件、电话、传真等形式的报价。
- 5、本项目不设未成交供应商经济补偿，准备报价文件和递交报价文件所发生的任何成本或费用由供应商自理。
- 6、若采购人对供应商递交的报价文件存在疑问，可要求供应商提供原件进行查验。
- 7、若采购人在本次采购活动的任何过程中发现供应商存在弄虚作假的行为，采购人有权取消其投标、中标资格。
- 8、有关此次采购之事宜，可按下列地址向采购人查询：

采购人：广东省机场管理集团韶关丹霞机场有限公司

地 址：广东省韶关市乳源瑶族自治县桂头镇机场路 1 号楼韶关丹霞机场综合业务楼 314 办

公室

联系人：沈工

联系电话：13640144749

9、投诉监督

1) 供应商可以对本次采购活动中的任何违法及不公平内容向广东省机场管理集团韶关丹霞机场有限公司党群工作部（纪检室）实名投诉。

联系电话：0751-8701509

2) 供应商应本着公平竞争、实事求是原则，按程序进行投诉，若存在下列情形之一的，采购人将视为无效投诉，并保留将其列入黑名单的权利：

- ① 投诉主体不是项目参与合作商和其他利害关系人；
- ② 投诉人未有真实署名，未同时提供投诉身份证复印件、联系方式；
- ③ 投诉人未提供必要的证明材料和明确的要求的；
- ④ 投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人（合作商）无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

第二部分

供 应 商 须 知

第二部分 供应商须知

目 录

1	项目说明	10
2	定义	11
3	合格的供应商	11
4	合格的服务	11
5	报价费用	11
	二、采购文件	12
6	采购文件构成	12
7	采购文件的澄清	12
8	采购文件的修改	12
9	采购语言及计量单位	12
	三、项目报价文件的编制	13
10	项目报价文件	13
11	商务文件（含资格审查文件）编制要求	13
12	技术文件（技术服务方案）编制要求	14
13	计算机文件	14
14	知识产权和专利权	14
15	保密	14
16	报价文件有效期	14
17	不允许偏离的条款	15
	四、项目报价文件的递交	16
18	项目报价文件的密封和标记	16
19	递交报价文件截止时间	16
20	迟交的项目报价文件	16
	五、综合评审过程	17
21	报价文件的递交	17
22	评审小组	17
23	项目报价文件的评审	17

24	报价文件的详细评审	17
25	综合得分计算	20
26	成交供应商的确定	20
27	与采购人的接触	20
	六、授予合同	22
28	资格后审	22
29	合同授予标准	22
30	授予合同时更改采购服务数量的权力	22
31	接受和拒绝任何或所有报价文件的权力	22
32	成交通知书	22
33	签订合同	22
34	成交结果通知	23

一、说明

1 项目说明

1.1 广东省机场管理集团韶关丹霞机场有限公司拟就韶关机场医疗设备物资采购项目进行国内采购，本项目采用综合评审方式确定成交供应商，广东省机场管理集团韶关丹霞机场有限公司组织综合评审工作。

1.2 采购范围

1.2.1 采购内容及限价：

序号	服务内容	数量	采购最高限价
1	韶关机场医疗设备物资采购	1 项	人民币：32 万元

注：报价人必须对全部项目内容进行报价，报价包含所有维修、保养、零配件安装、调试、运行及售后服务、税费等费用。

1.3 采购要求及分类限价：详见用户需求书。

1.3.1 本项目技术服务进度要求：

1.3.1.1 交货时间：中标供应商自签订合同后 30 个日历日内交付。

1.3.1.2 交货地点：韶关丹霞机场航站楼（具体供货地点以采购人通知为准）。

1.3.1.3 交货方式：由供应商将所供医疗设备物资运至交货地点并完成安装、调试、验收。

1.3.2 售后保障：质保期为医疗设备物资完成交货并验收合格之日起计至少一年。质保期内中标供应商每年对全部合同货物进行一次保养服务，使医疗设备保持在最佳使用状态。质保期满后中标供应商应对本项目主要设备（呼吸机、监护除颤设备、气管插管设备、心电图机、供氧设备 1）提供终身维护保养服务，超过质保期外的维修只收取维修费，不得收取差旅费、服务费等其他费用，使用有效期需大于或等于 4 年。

1.3.3 供应商的项目报价应将相关服务分类报价，报价总和为本项目的项目总价，项目总价超出限价，视为无效报价文件。

1.3.4 供应商所提供的工作方案必须详细、完整、可靠、可行性强。

1.3.5 供应商报价中的服务费应是供应商为完成本项目的总服务费，包括但不限于“服务内容”中所列项目的费用。

1.3.6 供应商必须提交对采购文件实质性响应的项目报价文件。

1.4 现场考察。

1.4.1 现场考察由供应商自行前往，采购人不统一安排。供应商若需相关数据，须自行测量。

2 定义

2.1 本文件中下列术语定义为：

供应商： 指与第 3 点规定的要求一致的、响应邀请函、参加报价的独立法人。

采购人： 广东省机场管理集团韶关丹霞机场有限公司。

合同： 指由采购所产生的合同或合约文件。合同由广东省机场管理集团韶关丹霞机场有限公司与成交供应商签订。

3 合格的供应商

3.1 合格的供应商要求见邀请函中的第 3 点。

4 合格的服务

4.1 合同中提供的所有服务，均应来自中华人民共和国或与之有正常贸易关系的国家和地区，本合同的支付仅限于对这些服务。

5 报价费用

供应商应承担所有编写项目报价文件和参加报价的所有费用，不论结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、采购文件

6 采购文件构成

6.1 要求提供的服务、评审过程和合同条件在采购文件中均有说明。采购文件包括：

第一部分	邀请函
第二部分	供应商须知
第三部分	合同条款
第四部分	项目报价文件格式
第五部分	用户需求书

6.2 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者项目报价文件没有对采购文件各方面都做出实质性响应的供应商的项目报价文件将被拒绝。

7 采购文件的澄清

7.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应以书面形式通知采购人。

7.2 采购人将通过广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台(wz.gdairport.com)以补充公告的形式或电子邮件方式对采购文件进行澄清。

8 采购文件的修改

8.1 在规定的递交报价文件截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动或在解答供应商提出的需澄清问题时以修改书对采购文件进行修改。

8.2 修改书是采购文件的组成部分，对所有参与供应商均有约束力。供应商在收到采购文件的修改书应书面通知采购人。

8.3 为使供应商编写报价文件时，有充分时间对采购文件的修改部分进行研究，采购人可自行决定，酌情延长报价文件递交截止日期，具体时间将在报价文件的修改、补充通知中予以明确。

9 采购语言及计量单位

9.1 采购方发出的采购文件采用中文。

9.2 采购文件中使用的计量单位都是公制系统。

三、项目报价文件的编制

10 项目报价文件

- 10.1 报价文件由商务文件和技术文件两部分组成，各部分文件应分别编制，并密封包装，未按要求编制及密封的文件将被视为无效报价文件。
- 10.2 报价文件的签署要求：报价文件所有需盖章或签字的部分均需供应商法定代表人或法定代表人授权委托代表盖章或签字，否则将被视为无效报价文件。
- 10.3 报价文件包括纸质文件一式 5 份，计算机文件一式 1 份。纸质版正本 1 份，封面标注“正本”字样，副本 4 份，封面标注“副本”字样。正本与副本不符的内容，以正本为准。
- 10.4 报价文件应做到清晰、完整，文本、图纸规格应当尽量统一。除非另有规定，否则报价文件的计量单位宜采用国际标准计量单位，尺寸齐全、准确，所有文字说明和文字标注以中文为准，报价均为人民币，时间均为北京时间。

11 商务文件（含资格审查文件）编制要求

- 11.1 商务文件由下列资料组成：
- 1) 封面：写明项目名称、商务文件、供应商名称及年月日；加盖供应商公章。
 - 2) 目录。
 - 3) 填妥并盖章的供应商登记函和报价企业概况表（格式见附录 1）。
 - 4) 填妥并盖章的报价函和报价明细表（格式见附录 2）。
 - 5) 企业营业执照复印件（加盖公章）。
 - 6) 法定代表人证明书及法定代表人授权书（格式见附录 4）。
 - 7) 供应商《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》的复印件（加盖公章）。
 - 8) 广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台合作商登记表（加盖公章）。
 - 9) 供应商没有因腐败或欺诈行为，与采购人无发生各种诉讼、仲裁和不良投诉、供应商非联合体报价的承诺函和企业声明（格式见附录 3）。
 - 10) 采购需求及合同文件响应表（格式见附录 5）。
 - 11) “国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）查询截图（截图格式见附录 6，加盖公章）。
 - 12) “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）下载的信用评估报告（截图格式见附录 7，加盖公章）。
 - 13) “中国执行信息公开网”网站截图（截图格式见附录 8，加盖公章）。
 - 14) 商务部分评分细则要求供应商提供的证明材料。
- 11.2 商务文件的密封要求：供应商应确保商务文件密闭封装，外面标注“项目名称”、“供应商名称”、“供应商联系电话”、“供应商邮箱”、“商务文件”字样。外包装材料的不应留有可在包封后添加或抽取报价文件的空隙，并在封口处加盖供应商公章。

12 技术文件（技术服务方案）编制要求

12.1 技术文件（技术服务方案）内容包括：

- 1) 封面：写明项目名称、技术文件、供应商名称及年月日；加盖供应商公章。
- 2) 目录。
- 3) 技术部分评分细则要求供应商提供的证明材料。
- 4) 供应商认为有必要提供的其他资料。

12.2 技术文件用不透明包装物包装密封，外面标注“项目名称”、“供应商名称”、“供应商联系电话”、“供应商邮箱”、“技术文件”字样，外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取报价文件的空隙，并在封口处加盖供应商公章。

13 计算机文件

13.1 供应商必须随技术文件同时提交一套无病毒计算机文件， 包括以下内容：

- 1) 一套 PDF 格式或 PPT 格式制作的电子版商务文件（资质文件和证书等可用扫描以图片方式保存）和技术文件。
- 2) 一套 WORD 格式的电子版文本文件。

13.2 计算机文件需采用 U 盘装载，所有文件不做压缩处理、不设密码，装于独立的信封，信封上注明“计算机文件”，与技术文件一起密封包装。

14 知识产权和专利权

14.1 供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用供应商在服务期间提供的成果的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标或工业设计权的起诉。

14.2 报价已包括所有应支付的，对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

15 保密

15.1 如采购人向供应商提供图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，这些均被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。

16 报价文件有效期

16.1 ★项目报价文件应在邀请函规定的报价日后的 90 天有效期内保持有效,报价文件有效期比规定短的将被视为非响应报价而予以拒绝。

16.2 特殊情况下在原有报价文件有效期截止之前，采购人可征求供应商同意延长报价文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可以拒绝采购人的这种要求。

17 不允许偏离的条款

- 17.1 采购文件中的重要条款（带“★”号条款）不允许偏离，如项目报价文件中对重要条款有偏离，则是供应商的风险。
- 17.2 对供应商须知 17.1 条中任何条款的偏离将导致报价文件无效。
- 17.3 下述条款不应视作不可偏离：
- 1) 未加注“★”号的条款；
 - 2) 用户需求书中已明确的供应商可提供其他优选报价文件部分。
- 17.4 项目报价文件中优于用户需求书要求部分不视作偏离，将不被拒绝，供应商对这种优于用户需求书要求的情况必须单独说明。

四、项目报价文件的递交

18 项目报价文件的密封和标记

- 18.1 供应商应将项目报价文件按第三部分 11.2、12.2、13.2 要求密封和标记。
- 18.2 如果供应商递交的报价文件未按要求密封，采购人将拒绝接受其报价文件。
- 18.3 如果因密封不严，标记不清而造成报价文件过早启封、失密等情况，采购人概不负责。

19 递交报价文件截止时间

- 19.1 供应商应将正本和所有副本，由供应商代表按采购邀请函第 5 条要求于项目递交报价文件截止时间前送达报价地点。
- 19.2 采购人可以通过修改采购文件自行决定酌情延长截止期。在此情况下，采购人和供应商受截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

20 迟交的项目报价文件

- 20.1 采购人将拒绝在截止时间后递交的任何项目报价文件。

五、综合评审过程

21 报价文件的递交

21.1 采购人在采购文件中规定的日期、时间和地点组织接收报价文件。

22 评审小组

22.1 本项目的评审工作由采购人内部组成评审小组完成。评审小组共 5 名成员。

23 项目报价文件的评审

23.1 评审小组将审查项目报价文件是否完整、供应商是否符合合格条件、报价有无计算上的错误、文件签署是否合格、项目报价文件的总体编排是否有序。

23.2 算术错误将按以下方法更正：

- 1) 如果总价与数量乘单价的积而得到的总价不一致，则以单价为准计算总价。
- 2) 如果用大写数值与用数字表示的数值不一致，以大写数值为准。
- 3) 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

23.3 在详细评审之前，评审小组会要审查每份项目报价文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的报价文件应该是与采购文件要求的全部主要条款（加“★”号）、条件和规格相符，没有重大偏离的报价文件。

23.4 如果项目报价文件实质上没有响应采购文件的要求，其报价文件将可能被拒绝。不满足下列情况之一的，其报价文件将可能被拒绝：

- 1) 完全符合邀请函中第 3 点“合格的供应商”要求；
- 2) 报价有效期符合采购文件规定；
- 3) 供应商递交一种报价方案和报价；
- 4) 报价没有超过最高限价；
- 5) 报价函和报价明细表必须有法定代表人或授权代表签字且加盖公章；
- 6) 报价文件必须有法定代表人或授权代表签字且加盖公章；
- 7) 法定代表人授权书必须有法定代表人和被授权人的签字或盖章。

23.5 如果通过初步评审供应商少于 3 名，本次采购失败，采购人将修正采购文件后重新组织采购。

24 报价文件的详细评审

24.1 评审小组对通过初步评审的报价文件中的商务服务、技术方案等方面采用百分制综合评

分，其构成及权重为：价格部分得分占 30 %，商务部分得分占 10 %，技术部分得分占 60 %，详细评分标准如下：

评分方法	价格得分	商务得分	技术得分
综合评分法	30	10	60

(1) 价格评分

1、校核各供应商的最终投标价格，取各供应商的最低投标价格作为评审基准价；

2、投标报价得分按以下计算：

(1) 投标报价等于评审基准价的得分为 30 分；

(2) 各供应商的投标报价得分按照下列公式计算，小数点后保留二位，四舍五入。

价格得分 = (评审基准价/最终投标价格) × 30 分

(2) 商务评分

序号	评审项目	评分细则	分值
1	供应商业绩	供应商提供 2019 年以来完成的医疗设备类业绩（以合同签订时间为准），每提供 1 个得 1 分，本项最高得 5 分。 注：供应商须提供显示金额、签订日期、签订双方等合同关键页的复印件（加盖公章），未按要求提供或提供的证明文件不清晰无法辨别的均不得分。	5
2	售后服务承诺	供应商承诺在接到采购人通知 2 个小时或以内到达现场的，得 5 分； 供应商承诺在接到采购人通知 3 个小时或以内到达现场的，得 3 分； 供应商承诺在接到采购人通知 4 个小时或以内到达现场的，得 1 分； 供应商承诺在接到采购人通知 4 小时以上到达现场或没有提供承诺的得 0 分。 注：不接受第三方提供的售后服务，供应商须对此项作出承诺并提供承诺函（格式自拟，加盖公章）。	5

(2) 技术评分

序号	评审项目	评分细则	分值
1	技术参数响应情况	根据各供应商对用户需求技术参数响应情况进行评价，全部满足或优于得 30 分，其中带“▲”号技术参数每一项负偏离或无响应的扣 3 分，扣完为止。 注：①用户需求书中要求提供证明资料的，则须提供对应产品参数的证明资料（加盖公章）。 ②如用户需求书中无明确证明材料的，以供应商按采购文件“第四部分 项目报价文件格式”附录 5 中的《采购需求响应表》的响应情况为准。	30
2	项目实施方案	供应商需编制项目实施方案，包含生产组织、货物包装防护标准与措施、现场安装及进度实施等内容，根据提供方案的生产进度把控、货物包装运输安全性、安装实施规范性对各供应商的项目实施能力进行横向比较评分： 优：项目实施保障体系完善，可行性高的得 8-10 分； 良：项目实施保障体系较完善，可行性较高的得 5-7 分； 中：项目实施保障体系一般，较为可行的得 1-4 分； 差：项目实施保障体系差，可行性低的得 0 分。 注：供应商未提供项目实施方案的不得分。	10
3	安装调试方案	供应商需编制安装调试方案，包含安装指导、调试验收等内容，根据各供应商提供方案的具体性、完整性、合理性、可行性进行横向比较评分： 优：提供完善的安装指导、调试验收方案，可行性高的得 5 分； 良：提供安装指导、调试验收方案较为完善，可行性较高的得 3-4 分； 中：提供安装指导、调试验收方案完善度一般，基本可行的得 1-2 分； 差：提供安装指导、调试验收方案不完善，可行性低的	5

		得 0 分。 注：供应商未提供安装调试方案的不得分。	
4	维护保养方案	供应商需编制维护保养方案，根据各供应商提供方案的设备维护保养的便利程度进行横向比较评分： 优：设备保养、维护非常便利的得 5 分； 良：设备保养、维护较为便利的得 3-4 分； 中：设备保养、维护基本便利的得 1-2 分； 差：设备保养、维护不便利的得 0 分。 注：供应商未提供维护保养方案的不得分。	5
5	售后服务方案	供应商需编制售后服务方案，根据各供应商提供的售后服务方案（包括但不限于以下内容：交货计划、应急维修时间安排、质保期外的维修收费标准、其它服务承诺如延长核心设备质保期等）进行横向比较评分： 优：方案完整合理、可行性强，得 8-10 分； 良：方案完整、可行性较强，得 5-7 分； 中：方案基本完整、可行性一般，得 1-4 分； 差：方案简单、可行性差，得 0 分； 注：供应商未提供售后服务方案的不得分。	10

25 综合得分计算

25.1 综合得分=商务得分+技术得分+价格得分。

26 成交供应商的确定

26.1 评审小组按综合得分从高到低排序，推荐综合得分最高的供应商为第一成交候选人，综合得分次高者为第二成交候选人，依次类推，评审小组将推荐总得分前 3 名的供应商为成交候选人。如出现总得分相同，评审价低者排名靠前，若评审价仍相同，则由评审小组投票，按少数服从多数原则确定供应商排名先后。

26.2 采购人根据评审小组的推荐，确定本项目成交供应商。

27 与采购人的接触

27.1 除供应商须知的相关规定外，从报价文件截至之日起至授予合同期间，未经采购人书面

要求，供应商不得就与其项目报价文件有关的事项与采购人联系。

- 27.2 供应商试图对评审小组的评审或采购人授予合同的决定进行影响，都可能导致其报价文件被拒绝。

六、授予合同

28 资格后审

- 28.1 采购决定将考虑供应商的财务、服务能力等，其基础是审查供应商提交的资格证明文件和其它采购人认为必要的、合适的资料。
- 28.2 如果审查通过，则将合同授予符合第 33.1 条规定的供应商；如果审查没有通过，则取消其成交资格。在此情况下，评审小组将对技术和商务上充分满足采购文件要求的供应商中，综合得分次高的供应商能否满意地履行合同义务作类似的审查，或重新组织采购。

29 合同授予标准

- 29.1 采购人将把合同授予被确定为实质上响应采购文件的要求并具有履行合同能力的符合采购需求、综合得分最高的供应商。

30 授予合同时更改采购服务数量的权力

- 30.1 采购人在授予合同时有权在一定的幅度内对报价表中规定的服务数量予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何实质改变。

31 接受和拒绝任何或所有报价文件的权力

- 31.1 采购人保留在签署合同之前任何时候根据评审小组的决定拒绝所有或任何报价文件，以及宣布所有或任何项目报价文件无效的权力，对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。

32 成交通知书

- 32.1 在项目有效期期满之前，采购人将经过采购人确认的成交通知书以书面形式通知成交供应商。
- 32.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。

33 签订合同

- 33.1 成交供应商在收到成交通知书后，应派遣其授权在合同上签字的代表与广东省机场管理集团韶关丹霞机场有限公司签署合同。
- 33.2 合同的组成基于本采购文件的以下部分以及项目报价文件的相应的部分：

- (1) 第三部分 合同条款
- (2) 采购人的澄清文件
- (3) 第五部分 用户需求书
- (4) 供应商的报价文件

33.3 如果成交供应商没有按照上述第31.1条规定执行,采购人将有充分理由取消该成交决定。在此情况下,采购人可将合同授予其他满足采购要求的供应商,或重新组织采购。

34 成交结果通知

34.1 采购人将在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台(wz.gdairport.com)发布采购结果,并于公示完毕后14个工作日内向成交供应商发出《成交通知书》。

第三部分

合 同 条 款

（注：本合同书文本仅供参考，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。）

广东省机场管理集团韶关丹霞机场有限公司

甲方: _

乙方: _

甲方：广东省机场管理集团韶关丹霞机场有限公司

地址：

联系人：

联系方式：

乙方：

地址：

联系人：

联系方式：

根据甲方综合评审采购成交的结果，按照《中华人民共和国民法典》及其相关法律法规的规定，经双方协商，本着平等自愿和诚实信用的原则，甲方与乙方签订本合同，共同遵守如下条款：

(一)医疗设备名称、规格、数量、单位、单价、总价金额及供货时间

编号	名称	规格	数量	单位	总金额	材质说明	图片
1	医疗设备	常规	1	批	小写：¥____元 (人民币大写：____)	详见附件 1	详见附件 1

注：乙方的报价包括商品（含相关附件、安装材料）价款、设计费、运输费、装卸费、施工安装费、保险费用、税费以及一切技术和售后服务费、培训费、各项税费及合同实施过程中不可预见费用。

(二) 设备要求

1. 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
2. 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
3. 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
4. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。乙方应在对设备的安装、使用，安排工程师给予指导和演示，应对日常使用操作、功能键说明，配件基本安装操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等方面进行指导和演示。由乙方派出的指导人员的各项费用，已经包含在合同总价中，甲方不再额外支付费用。

6. 乙方保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权或商业秘密等权利的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

（三）质保期及售后服务要求

1. 本合同的质量保证期（简称“质保期”）为____年（从验收合格之日起计算, 若供应商在报价文件中承诺的质保期或货物制造厂商承诺的质保期长于采购文件约定的质保期，则以供应商在报价文件中承诺的或货物制造厂商承诺的质保期为准，如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准），质保期内货物所出现的非甲方人为破坏的质量问题（包括但不限于货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与甲方采购合同约定不符，或证实货物是有瑕疵、缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），乙方对所供货物实行原厂包修、包换、包退、包维护保养，使用三个月内出现主板等重要部件故障，更换新机。

2. 质保期内，如设备或零部件因非甲方人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如质保期内停用时间累计超过 60 天，则质保期从设备恢复正常使用之日起重新计算。

3. 对甲方的服务通知，乙方在接报后____小时内响应，____小时内到达现场，____小时内处理完毕。若在____小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的产品、设备予甲方临时使用。质保期内同一医疗设备的同一质量问题经三次维修后仍无法正常使用的，乙方应当免费予以更换同品牌、同型号的新医疗设备。若乙方未能按上述时限有效解决问题给甲方造成损失由乙方承担，同时甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方负担。

4、质保期内乙方每年对全部合同货物进行一次保养服务,使医疗设备保持在最佳使用状态,费用由乙方承担。质保期满后乙方应对主要设备(呼吸机、监护除颤设备、气管插管设备、心电图机、供氧设备1)提供终身维护保养服务,超过质保期外的维修只收取维修费,不得收取差旅费、服务费等其他费用,使用有效期需大于或等于4年。

(四) 安装与调试

乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺,将所供医疗设备运至交货地点并完成安装、调试,直至完全达到甲方的正常使用要求。

(五) 交货地点、方式、期限

- 1、交货安装时间:设备产品自收到成交通知书且签订合同后30个日历日内交付。
- 2、交货地点:韶关丹霞机场(具体交货地点以甲方通知为准)。
- 3、交货方式:由乙方将所供医疗设备运至交货地点并完成安装、调试、验收,验收合格并由甲方签署验收单后为完成交货。

(六) 运输方式及费用负担

- 1、乙方应确保所有医疗设备安全无损地运抵指定地点。由于产品包装不善等运输问题所引起的毁坏等损失均由乙方承担。
- 2、乙方应以醒目的中文或英文印刷字体在各包装箱上标明通用规范的运输标记或标志如收货人、合同号、尺寸及重心、防潮等。
- 3、乙方将所有医疗设备安全无损地运至指定地点的过程中所发生的一切费用均由乙方负责。

(七) 验收

1. 乙方在完成医疗设备安装后,应先对其进行符合现行国家或行业验收规范要求的自检。货物应为原制造商制造的全新产品,整机无污染,无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患,在中国境内可依常规安全合法使用。
2. 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
3. 货物为原厂商未启封全新包装,具备出厂合格证,序列号、包装箱号与出厂批号一致,并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5. 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费用由乙方先行垫付，货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

6、乙方保证相关安装、调试等是由持有有关部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行的安装验收规范实施。乙方应保证其医疗设备在正确安装、正常使用和保养条件下，使其使用寿命达到承诺期限以上。

7、乙方在安装过程中应注意安全、文明安装，由于乙方的原因在安装过程中造成的安全事故由乙方负全部责任。

8、验收时间：全部医疗设备调试完毕后5个工作日内进行验收，并在验收开始后10个工作日内完成验收（如甲方认为验收不合格的，则不受本条款约定的验收时间限制）。

9、验收方法及标准：

验收时，甲方有权对所交付货物的包装、规格以及数量等进行初步验收，交付医疗设备的质量技术应符合采购文件、报价文件及现行国家或行业规定的质量技术要求中的各项指标，且所有设备需能正常使用或正常运转，如上述有任何一项与双方事先约定不符的，甲方有权选择拒绝接收并提出书面异议，乙方应当在收到书面异议3天内双方沟通确认并调换到位符合要求的设备。甲方验收小组在验收单签字确认之日起，开始计算质保期。

10、如甲方未在验收期内提出书面异议的，视为交付医疗设备符合合同规定。

（八）保密条款

1. 未事先得到甲方书面同意，乙方不得将涉及货物的任何保密资料透露或以其他方式提供给合同以外的其他方或乙方内部与本合同无关的任何人员，乙方不得对保密信息进行拷贝或抄写。

2. 乙方在合同履行期间知悉的甲方秘密（包括业务信息在内），同样负有保密责任。

3. 乙方的保密责任不因合同的终止而终止，保密期限：永久（除非甲方将有关信息向社会公开）。

4. 甲方对乙方的技术及商业机密予以保密。

(九) 结算方式及期限

本合同总金额：小写：¥_____元（人民币大写：_____）。本合同价款已包含增值税等所有税费。经双方友好协商，达成付款方式如下：

1. 预付款：合同总金额的 30%（计人民币_____元）甲方应在合同签订后收到等额收据的 7 个工作日内支付给乙方，乙方收到预付款即备货。逾期支付预付款乙方有权相应顺延交货日期并不承担任何责任；如逾期达 30 天以上，乙方可单方面解除本合同，并不承担任何责任。

2. 到货款，合同总金额的 50%（计人民币_____元）甲方应在到货后，收到合同总金额的 50%（计人民币_____元）的收据后 7 个工作日内一次性付予乙方。

3. 验收款，合同总金额的 15%（计人民币_____元）甲方应在全部设备安装并验收合格且收到合同总价 100% 的增值税专用发票后 20 个工作日内一次性付予乙方。

4、质保金：合同总金额的 5%（计人民币_____元）作为质保金，质保金期限为一年，质保期从验收合格并完成交货之日起计算，在乙方全面履行完毕本合同义务且不存在违约的情形下，质保期届满且医疗设备未出现问题后结算支付。

5. 甲方须将上述货款按合同约定的时间直接汇入乙方指定的账户内。

6. 甲方验收合格，并完成交货之后，即为货物所有权转移之时。

7、甲方开票信息：

纳税人名称：

税务登记证号：

税务登记地址：

开户银行：

账户：

8、乙方收款信息：

公司名称：

开户行：

账 号：

(十) 违约责任

1. 乙方交付的货物、提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收；乙方未按照甲方的要求，在甲方限定的时间范围内重新提供符合合同约定标准的医疗设备的，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方支付本合同总价款的 20%作为违约金。

2. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付合格货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3‰的数额向甲方支付违约金；逾期 15 日以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3. 甲方逾期付款的（以银行汇款日期为准），则从逾期之日起每日按所欠款的 3‰向乙方偿付违约金。

4、乙方提供的医疗设备不符合合同规定的，甲方在代保管期内实际发生的保管等费用及因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

5、乙方不能履行合同或不能合格履行合同致使甲方无法实现合同目的时，甲方有权解除本合同，乙方向甲方支付本合同总价款 20%的违约金。

6、如第三方权威检测机构出具的检测结果显示乙方提供的合同货物不符合采购文件、报价文件及现行国家或行业规定的质量技术要求中的指标，则为乙方违约，乙方须在甲方限定的时间范围内重新提供相应的医疗设备，自应当交货之日起至实际合格交货之日止的期间，按本合同总价款每日 3‰支付违约金。如重新提供的医疗设备仍未能通过检测，甲方有权解除合同，乙方须支付甲方合同总价款 20%的违约金，甲方无须承担乙方相关损失。

7、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明材料，合同期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件延续 30 天及以上，双方应另行协商，决定是否继续履行合同。

(十一)争议解决

1. 甲乙双方应严格遵守本合同约定的权利和义务，如有违背，承担违约责任。

2. 本合同执行过程中的有关争议双方应协商解决,如协商未果,向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

(十二)其它约定事项

1、本合同未尽事宜，须经双方共同协商，可作补充协议，补充协议与本合同具有同等法

律效力。

2、采购文件、报价文件及乙方的承诺等相关文件是本合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、本合同经双方签字盖章之日起生效。合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

（以下无正文）

附件：1. 医疗设备清单

2. 中标通知书（复印件）

甲方：

乙方：

法定代表人（或授权人）：

法定代表人（或授权人）：

日期：

日期：

第四部分

项目报价文件格式

附录 1

供 应 商 登 记 函

广东省机场管理集团韶关丹霞机场有限公司：

我单位报名参加 XXXX 项目 的报价，严格遵守有关规定，并按采购文件的规定，准时报送报价文件。

供应商名称（章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期： 年 月 日

报价企业概况表

企业名称			
通讯地址			
营业执照	1、编 号	2、营业范围	3、发照单位
现在职工		注册资本金（万元）	
法人代表		项目联系人	
联系方式	手 机：	传 真：	
	邮政编码：	E-mail：	

供应商名称（章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期： 年 月 日

附录 2

附录 2-1

报 价 函

项目名称：XXXX项目

致：广东省机场管理集团韶关丹霞机场有限公司

根据贵方为 XXXX项目 采购的邀请函，作为经供应商正式授权代表供应商 _____
_____(供应商名称和地址)的报价文件书签名方代表 _____(签名人全名，职务)，在此提交项目报价文件，正本一份，副本四份。

签字人代表以此函申明并同意：

- 1) 对随附报价表所规定的采购内容的总价为含税价人民币 _____元（大写：_____元）。
- 2) 供应商将承担按照采购文件的所有条款履行合同的责任和义务。
- 3) 供应商已详尽研究了所有采购文件包括修正文(如果有)，所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，供应商必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。
- 4) 供应商之报价文件有效期为自报价之日起90 个日历日。
- 5) 供应商同意按照采购人可能提出的要求提供与其所递交报价文件有关的任何其它数据或信息。
- 6) 我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价文件。

本报价文件连同贵方成交通知书应构成对双方均有约束力的合同，直至正式合同编制完毕并生效。

供应商名称（盖公章）： _____

法定代表人或授权代表签名： _____

日期： _____

报价明细表

序号	采购内容	数量	单位	单价（含税） （元）	总价 （含税价）（元）	税率 （%）	备注
1	呼吸机						
2	监护除颤设备						
3	气管插管设备（喉镜、气管导管、吸痰管、牙垫）						
4	心电图机						
5	供氧设备 1						
6	急救箱（铁箱）						
7	听诊器						
8	血压计						
9	体温计						
10	压舌板						
11	手电筒						
12	供氧设备 2						
13	口咽通气道						
14	人工呼吸保护屏障						

15	舌钳						
16	开口器						
17	止血钳						
18	敷料剪						
19	便携式血氧饱和度检测仪						
20	诊断床						
21	担架车						
22	器械药品柜						
23	简易呼吸器						
24	血糖检测仪						
25	吸引（吸痰）设备						
26	固定夹板（四肢夹板等）						
27	脊柱固定板、头部固定器						
28	铲式担架						
29	担架						
30	立式照明灯						
31	应急照明灯						
32	防疫消毒药械（环境消毒）						

33	医疗指挥官服装						
34	区域分隔警示带						
35	伤情识别标签						
36	应急救护和疾病治疗记录册						
37	应急救护现场标识						
合计							

供应商名称：（盖公章） _____

法定代表人或授权代表签名： _____

日期： _____

附录 3 诚信承诺函及企业声明

3.1 诚信承诺函

诚信承诺函

致：广东省机场管理集团韶关丹霞机场有限公司

在研究并完全理解了广东省机场管理集团韶关丹霞机场有限公司 XXX 采购文件后，我司（合作商名称） 完全同意并接受项目采购文件的所有内容，同时向贵司承诺：

1.2017年1月1日至今，我司没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；

2.2017年1月1日至今，我司（包括独立法人及关联公司和自然人）未与广东省机场管理集团有限公司其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼和仲裁，不存在拒不履行法院或仲裁机构生效判决或裁定的情形；

3.我司未被列入国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）的经营异常名录或严重违法失信企业名单；

4.我司未被列入信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）的失信被执行人或企业经营异常名录；

5.我司未被列入中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）的全国法院失信被执行人名单；

6.我司未被广东省机场管理集团有限公司或其下属机构列入拒绝合作名单；

7.我司非联合体报价。

如有造假行为，我公司愿意无条件接受采购人的以下处理：

1.取消本项目报价、成交资格，并在相关网站公示；

2.由采购人没收合同履约保证金；

3.三年至六年内停止或禁止参加广东省机场管理集团有限公司本部、各全资、控股公司及集团公司所属非法人实体单位的所有采购项目；

4.对不良行为予以纪录，并进行公告；

5.报广东省机场管理集团有限公司备案；

6.其他行政处理决定。

供应商名称：（盖公章）_____

法定代表人或授权代表签名：_____

日期：_____

3.2 企业声明

企业声明

致：广东省机场管理集团韶关丹霞机场有限公司

我公司就参加 XXXX 项目，作出郑重声明：

在项目采购、实施、运行过程中严格遵守韶关机场相关管理规定。承诺如违反，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，禁止参加广东省机场管理集团有限公司本部、各全资、控股公司及集团公司所属非法人实体单位的所有采购项目。

特此声明！

供应商名称：（盖公章） _____

法定代表人或授权代表签名： _____

日期： _____

附录 4

4.1 法定代表人证明书

法定代表人证明书

_____现任我单位_____职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

有效期限：_____签发日期：_____

附：法定代表人（负责人）性别：_____年龄：_____身份证号码：_____

企业类型：_____注册号码：_____

经营范围：_____

单位：（盖公章）

日期：_____年_____月_____日

附法定代表人身份证正反面复印件并加盖报价人公章



4.2 法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：广东省机场管理集团韶关丹霞机场有限公司

本授权书宣告：（供应商名称）（职务）（法定代表人姓名）是本单位的法定代表人，授权（职务）（姓名）为我单位代理人，该代理人有权在 XXXX 项目 的报价活动中，以我单位的名义签署报价文件，与采购人协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。

供应商：（盖公章）_____

法定代表人：（签字）_____

被授权人（代理人）：（签字）_____

日期： 年 月 日

附被授权人身份证正反面复印件并加盖报价人公章



附录 5

采购需求及合同文件响应表

1.采购需求响应表

序号	采购需求	供应商实际情况	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）	偏离简述
1				
2				
...				

- 说明：1. 供应商应完全响应采购文件的内容，如果有负偏离的条款应具体、明确表述。
2. 采购需求中的“★”为必须响应条款，若该表中有“★”负偏离，将无法通过资格审查。
3. 采购需求中的“▲”为重要条款，若该表中有“▲”负偏离，将严重影响供应商技术部分评分。
4. 若供应商未填写该表，或填写内容含糊不清，不清晰的，表示供应商完全响应采购人包含“★”和“▲”的条款需求在内的采购文件的内容，采购文件中的“★”条款如有明确要求供应商提供证明材料，则需附上证明材料。

供应商名称：（盖公章） _____

法定代表人或授权代表签名： _____

日期： _____

2.合同负偏离条款汇总表

序号	合同条款	供应商实际情况	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）	偏离简述
1				
2				
...				

说明：1. 供应商应完全响应采购文件所附合同条款内容，如果有负偏离的条款应具体、明确表述。

2. 若供应商未填写该表，或填写内容含糊不清，不清晰的，表示供应商完全响应采购人需求。

3. 若该表中有对合同实质性条款负偏离内容，将无法通过资格审查。

供应商名称：（盖章） _____

法定代表人或授权代表签名： _____

日期： _____

附录 6


国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）截图格式要求



注：供应商须按上述格式要求截图并加盖公章，截图清晰显示供应商单位名称及列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，否则将被认定为无效报价文件。

附录 7

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）截图格式要求



注：供应商须按上述格式要求截图并加盖公章，截图清晰显示供应商单位名称及失信惩戒信息，否则将被认定为无效报价文件。

附录 8:

“中国执行信息公开网”网站截图

首页

执行公开服务

综合查询被执行人

被执行人姓名/名称:

广州白云[REDACTED]公司

身份证号码/组织机构代码:

需完整填写

执行法院范围:

全国法院 (包含地方各级法院) x

验证码:

fxt7

EX77

验证码正确!

查询

查询结果

在全国法院 (包含地方各级法院) 范围内没有找到 广州白云[REDACTED]公司相关的结果。

全国法院被执行人信息查询使用声明

为推进社会信用体系建设,切实解决执行难问题,促进被执行人自动履行生效法律文书确定的义务,保障公民、法人和其他组织依法获取执行案件信息,充分发挥执行案件信息对人民群众生产生活和社会经济活动的服务作用,参照《中华人民共和国政府信息公开条例》,最高人民法院从2009年3月30日起向社会开通“全国法院被执行人信息查询”平台。社会各界通过该平台可查询全国法院(不包括军事法院)2007年1月1日以后新收及此前未结的执行实施案件的被执行人信息。现就有关事项申明如下:

一、被执行人信息由执行法院录入和审核,若有关当事人对相关信息内容有异议的,可依据《[最高人民法院关于全国法院被执行人信息查询平台信息异议处理的若干规定](#)》向执行法院书面申请更正。

二、本网站提供的信息仅供查询人参考,如有争议,以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的,人民法院不承担任何责任。

三、查询人必须依法使用查询信息,不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的,由使用人自行承担相应责任。

四、本网站信息查询免费,严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

五、本网站属于政府网站,未经许可,任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接,不得建立本网站的镜像(包括全部和局部镜像),不得拷贝、复制或传播本网站信息。

最高人民法院
二〇〇九年三月三十日

注：供应商须按上述格式要求截图并加盖公章，截图清晰显示供应商单位名称及查询结果，否则将被认定为无效报价文件。

附录 9

资格审查和报价文件有效性审查表

项目名称：韶关机场医疗设备物资采购项目

序号	审查项目	供应商名称			
1	供应商必须为具备本项目履约能力的在中华人民共和国境内注册的独立的企业法人，同时持有工商行政管理部门核发的营业执照，并提供营业执照的复印件（加盖公章）。				
2	供应商须具有《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》，并提供相应许可证的复印件（加盖公章）。				
3	广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台合作商登记表并加盖公章。				
4	2017 年 1 月 1 日至今，供应商没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；同时，2017 年 1 月 1 日年至今供应商（包括独立法人及其关联公司和自然人）未与广东省机场管理集团有限公司及其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼和仲裁，尚未完结的（包括其关联公司）。（须就此项内容提供承诺函并加盖供应商公章）。				
5	供应商不得被列为“黑名单”，以“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）查询为准，供应商需在采购公告发布后从“信用中国”网站下载信用评估报告并加盖公章。				
6	供应商不得被列为严重违法失信企业名单（黑名单），以“国家企业信用信息公示系统”网站（ www.gsxt.gov.cn ）查询为准，供应商需在采购公告发布后从“国家企业信用信息公示系统”网站截图并加盖公章。				
7	供应商不得被列入中国执行信息公开网（ http://zxgk.court.gov.cn/ ）的全国法院失信被执行人名单，供应商需在采购公告发布后从“中国执行信息公开网”网站截图并加盖公章。				
8	有法定代表人证明书及法人授权书。				
9	报价函及报价明细表有法定代表人或授权代表签字且加盖公章。				
10	供应商实质性响应采购文件全部“★”条款				

11	报价没有超过最高限价。			
12	供应商递交一种报价方案和报价。			
结论	是否通过并进入下一阶段评审。			

注：1. 每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”，并在备注中说明理由。出现一个“×”的结论为“不通过”。

2. 表中全部条件满足为“符合”的结论为“通过”，同意进入下一阶段评审。

3. 若专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则决定该供应商是否通过资格及有效性审查，进入下一阶段评审。

4. 结论一栏应写“通过”“不通过”。

评委签名：

纪检签名：

日期：

第五部分

用户需求书

用户需求书

说明：1. 供应商须对本项目进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行报价的都将被视为无效报价。

2. 本采购文件中，如有标“★”的地方，供应商要特别加以注意，必须对此作出一一响应。如有一项带“★”的条款未响应或不满足，将导致报价无效。（如有）

3. 本采购文件中，如有标“▲”的重要条款，供应商要特别加以注意，供应商如有任何一条不满足将严重影响技术评分。（如有）

一、采购清单

序号	设备名称	单位	数量	采购最高限价 (万元)
1	呼吸机	台	1	12
2	监护除颤设备	台	1	4.5
3	气管插管设备（喉镜、气管导管、吸痰管、牙垫）	套	1	3
4	心电图机	台	1	2
5	供氧设备 1	套	1	0.8
6	急救箱（铁箱）	个	24	9.7
7	听诊器	个	24	
8	血压计	个	24	
9	体温计	个	24	
10	压舌板	个	24	
11	手电筒	个	24	

12	供氧设备 2	个	24
13	口咽通气道	个	24
14	人工呼吸保护屏障	个	24
15	舌钳	个	24
16	开口器	个	24
17	止血钳	把	24
18	敷料剪	把	24
19	便携式血氧饱和度检测仪	个	4
20	诊断床	张	1
21	担架车	台	1
22	器械药品柜	个	1
23	简易呼吸器	个	1
24	血糖检测仪	台	1
25	吸引（吸痰）设备	台	1
26	固定夹板（四肢夹板等）	套	20
27	脊柱固定板、头部固定器	套	8
28	铲式担架	个	2
29	担架	个	40
30	立式照明灯	个	1

31	应急照明灯	个	5	
32	防疫消毒药械（环境消毒）	套	2	
33	医疗指挥官服装	件	3	
34	区域分隔警示带	套	2	
35	伤情识别标签	张	300	
36	应急救护和疾病治疗记录册	册	1	
37	应急救护现场标识	套	1	
合计				32

二、主要医疗设备技术参数

（一）呼吸机

1. 通气模式要求：自主呼吸模式 S；时间控制模式 T；自主呼吸与时间控制自动切换模式 S/T；持续气道正压通气 CPAP；压力控制模式 PC；AVAPS-AE 模式

平均容量保证压力支持，吸气压呼气压自动调节

AVAPS 变化速率范围可调

呼气压力释放功能 Bi-Flex

2. 参数调节要求：

2.1 AVAPS

AVAPS 速率：0.5-5cmH₂O/分钟

IPAP 最小值：EPAP 至 IPAP 最大值

IPAP 最大值：IPAP 最小至 40cmH₂O

目标潮气量：200ml 至 1500ml

报警：低潮气量（可以禁用）

IPAP 吸气压力：4-40 cmH₂O；

EPAP 呼气压力：4-25 cmH₂O

CPAP 持续气道正压：4-20 cmH₂O

2.2 呼吸频率： 0-40 次/分 (PC/ST 模式)

4-40 次/分 (T 模式)

2.3 吸气时间： 0.5-3.0 秒

2.4 吸气压力上升时间 0.1-0.6 秒可调

2.5 具备压力延迟上升功能 0-45 分可调

2.6 一体化加温湿化器，防水流倒灌技术

2.7 具备有创功能

2.8 ▲触发方式：Auto-Trak, Auto-Trak Sensitive, Flow triggering

漏气补偿：全自动漏气补偿，最大漏气补偿可达 60L/min

2.9 监测参数要求：

吸气相高压，呼气末低压，持续气道正压，呼吸频率，呼出潮气量，呼出分钟通气量，漏气量，吸呼比，SpO₂，心率

2.10 报警功能要求：

窒息时间报警可调

低分钟通气量报警可调

低呼气潮气量报警可调

呼吸频率高报警可调

病人管路脱落报警可调

系统故障报警：内部故障

3. 临床软件：EncorePro 和 Directview，软件含 SmartCard，兼容血氧模块，可记录呼吸事件：

窒息/低通气指数 (AHI)

阻塞性事件 (OA)

开放性呼吸事件 (CA)

低通气 (H)

周期性呼吸 (PB)

微觉醒 RERA

大量漏气 (LL)

鼾声 (S)

4. 适用人群：可适用于体重>10kg 的儿童/成人
5. 彩色液晶屏幕，中文操作菜单
6. 电源要求：交流：100-240V, 50/60Hz, 最大 1.2A

▲插拔式电池可使用 5 小时

7. 尺寸：21.6cmx19cmx11.5cm
8. 重量：2.1kg(含电源)
9. 配件：移动支架

（二）监护除颤设备

1. 体积、重量大小适中，设备操作提示良好
 - 1.1 尺寸不大于：100mm（高）× 210 mm（宽）× 300 mm（长）±10mm，且机器自身具备便携把手，便于携带。
 - 1.2 重量≤2.6kg（含电极片和电池）便于公共场所携带使用。
 - 1.3 为确保及时除颤，在需要除颤时，除颤按钮必须有醒目的闪烁提示。
 - 1.4 在待机状态下，电极片和自动体外除颤仪预先连接，且电极片可放在机器上，方便携带和及时救治。
 - 1.5 提供中英文双语语音提示，可一键快速切换中英文，无需重新启动。
2. 施救指导详细、显示内容全面
 - 2.1 不小于 5 英寸彩屏，提高对普通施救人员的操作指导、准确施救。
 - 2.2 屏幕分辨率不低于 780×480，有清晰的动画指导贴放多功能电极片，放电，心肺复苏（CPR）等操作，可以指导普通民众施救人员进行高效施救操作。
 - 2.3 智能环境除噪：根据环境自动调整屏幕亮度和音量，适应野外强光环境下和急救现场嘈杂环境下使用。
 - 2.4 提供智能语音播报。设备根据急救人员响应速度，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片。
 - 2.5 在 CPR 仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示。
 - 2.6 设备屏幕支持显示 ECG 波形。
3. 除颤准备时间短，能量可覆盖人群广

▲3.1 除颤采用双相波技术，除颤波形：双相指数截断波形（BTE），具备自动阻抗补偿功能。

3.2 能量可递增，首次除颤没有消除室颤时，第二次和第三次电击自动使用更高级别能量。以便于非专业医务人员使用。

▲3.3 成人最大除颤能量可达 360J

3.4 支持成人/小儿模式，且模式可一键切换。切换后机器根据选择的病人类型自动切换提示信息、除颤能量和 CPR 按压模式。

3.5 从开机到充电至 200J 能量准备放电的时间≤8.5 秒

3.6 具有内部自动放电功能，保证患者和医护人员安全

4. 除颤电极片有效期长，电池待机时间长，降低维护成本。

4.1 电极片有明确贴放位置示意图，减少施救过程中的出错率提高抢救效率

4.2 备用状态时电极片须已经提前与机器连接，节省宝贵的抢救时间

4.3 一次性电极片及一次性电池出厂有效期≥60 个月。

4.4 一次性电池：在适合条件下，可以支持≥350 次 200J 放电或≥200 次 360J 放电

4.5 低电量报警后至少还可持 25 分钟工作时间和至少 10 次 200J 除颤充放电

5. 设备自检功能完善

5.1 自检功能：具备每日、每周、每月、每季度的设备自检和用户手动自检，可及时判断机器状态是否正常。

5.2 自检内容：主控模块、治疗模块、电源模块的状态

5.3 自检反馈：根据自检结果，红灯/绿灯显示设备状态。不开机情况下可提示故障。

5.4 内置自检程序，自动检测电池状况，不开机可提示电池剩余电量低

6. 数据存储和导出功能完善

6.1 数据存储：可存储 ECG 波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）、录音数据等

6.2 存储容量：设备的内部存储容量不小于 1Gb，可存储不少于 999 份自检报告

6.3 数据导出：支持 USB 接口，可通过外部 USB 闪存设备导出抢救记录数据

6.4 具备录音功能，可保存 60 分钟抢救现场录音。便于事件回溯。

7. 设备可靠性高，经久耐用

7.1 抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受≥1.5 m 跌落冲击。

7.2 防水防尘性能：具备良好的防水防尘性能，防水防尘级别 IP55。提供说明书等证明文件。

7.3 工作温度范围：满足 $-5^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ ，且从室温环境下进入 -20°C 环境后，至少能工作 60 分钟。

7.4 工作海拔高度（大气压力）范围： $-381\text{ m} \sim +4575\text{ m}$. ($57.0\text{ kPa} \sim 106.2\text{ kPa}$)

7.5 工作湿度范围：满足 $5\% \sim 90\%$ 非冷凝。

（三）气管插管设备（喉镜、气管导管、吸痰管、牙垫）

1. 可视喉镜镜片参数：

1.1 喉镜片采用进口医用级 PC 料，无菌包装，一次性使用，无需消毒。

1.2 喉镜摄像头与叶片前端的垂直距离：大号： $\leq 35\text{mm}$

1.3 镜片长度：大号：119mm

1.4 镜片厚度（摄像头处）：大号： $\leq 10\text{mm}$ ；

1.5 镜片角度：大号：41 度；

2. 可视喉镜标准配置：

2.1 高强度耐摔防护箱一只

2.2 主机（手柄与显示屏一体式设计）一套

2.3 主机单机单配，标配大号摄像系统，对应大号规格的喉镜片

2.4 充电器一个

2.5 数据线一条

3. 可视喉镜技术参数

3.1 显示屏

3.1.1 高清广角显示屏 ≥ 3 寸

3.1.2 分辨率：960×480

3.1.3 屏幕旋转角度：前后： $0^{\circ} \sim 135^{\circ}$ ，左右： $0^{\circ} \sim 275^{\circ}$

3.1.4 具备 AV 输出接口，数据导出和充电接口，内存 $\geq 8\text{G}$

3.2 摄像系统

3.2.1 数字化摄像系统，像素 ≥ 200 万

3.2.2 视场角： $70^{\circ} \pm 2^{\circ}$

3.2.3 有效景深：3~100mm

3.2.4 超强的防雾功能：开机即用，无需预热

▲3.2.5 光照度： $\geq 3000\text{lux}$

3.3 电池

3.3.1 充电器输入:100~240V, 50/60Hz

3.3.2 充电器输出:5V, 2000mA

3.3.3 电池容量 $\geq 3000\text{mA}$

3.3.4 充电时间: $\leq 4\text{h}$

3.3.5 电池放电时间 $\geq 6\text{h}$

▲3.4 具有一键拍照、一键定格、实时录像等功能

3.5 具有 AV 输出功能, 方便教学及演示

3.6 手柄和摄像系统一体式设计

3.7 产品适用于成人

(四) 心电图机

数字式心电图机

1. 彩色高清触摸屏 10.1 英寸, 分辨率 1024*600, 可触摸, 同屏显示 12 导联心电波形。

2. 记录方式: 手动和自动均能同步打印十二道不压缩的心电波形。

3. 导联: 标准、Cabrera, 12 导联同步采集, 12 道波形同屏显示, 12 导联同步打印。

4. 输入方式: 浮地输入, 具有除颤效应防护和起搏脉冲抑制电路。

5. A/D 转换: 24 位

6. 时间常数: $\geq 3.2\text{s}$

7. 采样率: 16000Hz/秒/通道

8. 频率响应: 0.05Hz—150Hz (-3dB)

9. 增益: 2.5, 5, 10, 20, 10/5 (mm/mV)、AGC

10. 输入阻抗: $\geq 50\text{ M}\Omega$

11. 输入回路电流: $\leq 50\text{ nA}$

12. 定标电压: $1\text{ mV} \pm 2\%$

13. 抗极化电压: $\geq \pm 600\text{ mV}$

14. 噪声电平: $\leq 15\text{ }\mu\text{V}_{\text{p-p}}$

15. 共模抑制比 (CMRR): $\geq 100\text{dB}$

16. 文件存储格式: DAT、SCP、FDA-XML、PDF、DICOM、BMP、JPG、TIFF

17. 滤波器: 交流滤波器: 50Hz (-20dB), 肌电滤波器 25Hz/35Hz/45Hz (-3dB), 低通滤

- 波器：75Hz/100Hz/150Hz，基线漂移滤波 0.01Hz/0.05Hz/0.32Hz/0.67Hz (-3dB)
18. 打印分辨率：8 点/mm（幅度轴）40 点/mm（时间轴，25mm/s）
19. 记录纸规格：高速热敏卷纸：216mm*20M 或 215mm*20M 或 210mm*20M
20. 记录速度：5、6.25、10、12.5、25、50mm/s （±3%）
21. 记录通道：自动记录格式：12*1、6*2、6*2+1R、3*4、3*4+1R、3*4+3R
22. 记录内容：心电波形、分析结果、记录速度、增益、滤波器、日期、患者信息、测量参数
23. 节律导联可选：I、II、III、aVR、aVL、aVF、V1、V2、V3、V4、V5、V6
24. 诊断分析：所有分析，关闭分析，只正常心电图分析，三种模式可切换。
- 数据存储：1000 个心电数据存储，支持 USB 导入和导出。
26. 测量参数：HR（心率），P（P 波），PR（间期），QRS（时限），QT/QTc（间期），P/QRS/T（电轴），RV5/SV1（幅度），RV5+SV1（综合电压），RV6/SV2（振幅）。
- ▲27. 主界面显示包括病人 ID、姓名、性别、年龄、起搏器、电池用量、WIFI、时间、波形、心率、采样时间、增益参数、滤波器参数功能按键等信息。
28. 具有波形冻结回顾功能，医生可以任选需要的波形进行分析，打印。
29. 支持预采样、预览、AGC 功能。
30. 无线传输（选配）：心电数据可以通过 WIFI 传输至 PC 软件。
31. 支持心电信息管理系统（选配）：多种高级功能：心率变异性分析、QT 离散度、频谱心电图、向量心电图、时间心电向量图、高频心电、心室晚电位。
32. 肢导联接反提示：当肢导联接反时，打印报告时，提示肢导联接反
33. I 类 CF 型，有除颤起搏保护电路
34. 锂电池连续工作时间：交流≥8h，直流≥2h（容量≥4400mA）
35. 标准配置：主机一台，导连线一条，肢电极 4 个，胸电极 6 个，热敏打印纸 1 卷，其它必要辅件一套。

（五）供氧设备 1

医用制氧机

1. 氧产量 0.5-3L/min
2. 氧浓度大于等于 90%

3. 输出压力：0.02-0.07Mpa
4. 输液功率：450VA
5. 电源：AC220V, 50Hz
6. 噪音小于等于 60dB

(六) 急救箱

16 寸空箱，有肩带

(七) 听诊器

全铜双听

(八) 血压计

腕式电子血压计

(九) 体温计

1. 红外体温计：红外感应
2. 1S 快速测温
3. 物体/体温双模式
4. 发烧提醒
5. 三色背光显示
6. 记忆功能

(十) 压舌板

1. 环氧乙烷灭菌、独立包装
2. 规格 150mm*18mm、100 片/包

(十一) 手电筒

1. 不锈钢材质、防水
2. LED、连续照明时 4-7h
3. USB 智能充电

(十二) 供氧设备 2

2L

（十三）口咽通气道

中央通道型，10CM

（十四）人工呼吸保护屏障

1. 20 片/盒, 1 片独立装
2. 膜展开 30cm*18cm
3. 双层无菌防尘布 环氧乙烷消毒

（十五）舌钳

1. 外形尺寸 17cm
2. 易清洗 , 弯头

（十六）开口器

丁字式

（十七）止血钳

160mm，直头，全齿

（十八）敷料剪

外形尺寸 14CM

（十九）便携式血氧饱和度检测仪

1. OLED 显示
2. 血氧饱和度显示范围为 70%-99%
3. 脉率显示范围为 25~250BPM
4. 工作电流：小于等于 30mA
5. 外形尺寸：长 58*宽 32*高 34（mm）
6. 重量：约 54g（包括两节 7 号电池）

（二十）诊断床

尺寸：长 1900*宽 600*高 650mm

（二十一）担架车

1. 材质：304 不锈钢
2. 尺寸：宽 0.6 米*长 1.8 米*高 0.75 米
3. 可担架可抬下，万向防滑可刹车车轮

（二十二）器械药品柜

尺寸：长 1200mm*宽 500mm*高 1800mm，带门

（二十三）简易呼吸器

1. 成人可用
2. 基本配置：塑料收纳盒、呼吸气囊、麻醉面罩氧气袋等

（二十四）血糖检测仪

便携式

（二十五）吸引（吸痰）设备

1. ▲极限负压值：大于等于 0.075MPa
负压调节范围：0.02MPa~极限负压值
2. ▲抽气速率：大于等于 17L/min（7E-A）、15L/min（7E-B）
3. 贮液瓶：1000ml*1
4. 电源：AC220V，50Hz
5. 输入功率：90VA
6. ▲外形尺寸：28cm*196cm*28.5cm

（二十六）固定夹板（四肢夹板等）

1. 规格：90cm*11cm
2. 材质：可塑性高分子夹板
3. 可随意弯曲成各种形态，防水，便于携带

（二十七）脊柱固定板、头部固定器

脊柱固定板：

1. 材质采用无毒无污染勿释放材料，PE 材料成型，坚固耐用
2. 规格：185*45*6.5cm，承重小于等于 159kg
3. 可进行 X 光透视

头部固定器：

1. 由高密度的塑料材料构成，在头两侧有大的耳洞用来观察出血或引流。
2. 可同时用于脊柱板担架和铲式担架。

（二十八）铲式担架

1. 规格：

展开：2100*440*60mm

折叠：1200*440*90mm

（二十九）担架

1. 规格：

展开：L2080*W550*H130mm

折叠：L1040*W170*H90mm

（三十）立式照明灯

1. 单孔黄光
2. 电源要求：220V，50HZ，20W
3. 色温 4000K，照度大于等于 1 万 LX
4. 灯头能通过球形关节做上下及左右正斜调节
5. 高度可自由调节
6. 脚踏开关安装在底座上操作方便

（三十一）应急照明灯

1. 壁挂式
2. 应急时间不低于 90 分钟
3. 符合新国标 GB17945-2010